Microlet®

Coloured Lancets • Farbige Lanzetten • Χρωματιστές Βελόνες • Lancettes colorées • Gekleurde lancetten

WARNING: Keep out of reach of children. This package contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed. • **ACHTUNG:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese Packung enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken zum Ersticken führen können. • **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτή η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό εάν καταπιούν κατά λάθος. • **ATTENTION :** Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées. • **WAARSCHUWING:** Buiten het bereik van kinderen houden. Deze verpakking bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze per ongeluk worden ingeslikt.

© 2026 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. • Alle Rechte vorbehalten. • Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. • Tous droits réservés. • Alle rechten voorbehouden.

Made in Poland. • Hergestellt in Polen. • Κατασκευάζεται στην Πολωνία. • Fabriqué en Pologne. • Gefabriceerd in Polen.

www.diabetes.ascensia.com

Intended Use: The Microlet® lancet is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. • **Verwendungszweck:** Die Microlet® Lanzette ist ein steriles Produkt für den Einmalgebrauch, das für die Entnahme einer Kapillarblutprobe zur Blutzuckerbestimmung bei Erwachsenen oder Kindern vorgesehen ist. Die Lanzette ist nicht zur Verwendung bei Neugeborenen vorgesehen. • **Προοριζόμενη χρήση:** Η βελόνα Microlet® είναι μια αποστειρωμένη συσκευή μίας χρήσης, η οποία προορίζεται για τη λήψη δείγματος τριχοειδικού αίματος από ενήλικο ή ανήλικο άτομο για παρακολούθηση της γλυκόζης. Η βελόνα δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά. • **Utilisation prévue :** Les lancettes Microlet® sont des dispositifs stériles à usage unique conçus pour prélever un échantillon de sang capillaire chez l'adulte ou l'enfant, dans le cadre d'une surveillance de la glycémie. Les lancettes ne sont pas indiquées pour une utilisation chez le nouveau-né. • **Bedoeld gebruik:** Het Microlet®-lancet is een steriel apparaat voor eenmalig gebruik dat is bestemd voor het afnemen van een capillair bloedmonster bij volwassenen en kinderen voor glucosemonitoring. Het lancet is niet bestemd voor gebruik bij pasgeborenen.

Instructions: / Anweisungen: / Οδηγίες: / Instructions : / Instructies:

Refer to the instructions provided with your lancing device to perform fingertip testing and for additional safety and performance information.
• Anweisungen zur Blutentnahme aus der Fingerbeere sowie weitere Informationen zur Sicherheit und Leistung entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Stechhilfe gelieferten Anleitung.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή τρυπήματος για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση στο ακροδάχτυλο, αλλά και για πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας και απόδοσης.
• Consulter la notice fournie avec l'autopqueur pour obtenir des instructions relatives à la réalisation d'un test au bout du doigt et pour en apprendre plus sur la sécurité et les performances.
• Raadpleeg de instructies van uw prikapparaat voor vingertoptesten en voor aanvullende informatie over veiligheid en prestaties.

LAN28-L-6547R

STERILE R

REF 82224638

Lancet remains sterile until protective cap is removed. Do not use if damaged or opened unintentionally. Dispose always as medical waste. • Die Lanzette bleibt steril, bis die Schutzkappe abgenommen wird. Nicht verwenden, wenn die Lanzette beschädigt ist oder unbeabsichtigt geöffnet wurde. Immer als medizinischen Abfall entsorgen. • Η βελόνα παραμένει αποστειρωμένη έως ότου αφαιρεθεί το προστατευτικό καπάκι. Να μη χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοιχθεί ακούσια. Απορρίπτετε πάντα ως ιατρικό απόβλητο. • La lancette reste stérile jusqu'à ce que le capuchon protecteur rond soit retiré. Ne pas utiliser la lancette si elle est endommagée ni en cas d'ouverture involontaire. Toujours éliminer les lancettes usagées comme tout déchet médical. • Het lancet blijft steriel tot het beschermdopje wordt verwijderd. Niet gebruiken als het lancet beschadigd of onbedoeld geopend is. Gooi altijd weg als medisch afval.

Microlet®

Coloured Lancets • Farbige Lanzetten • Χρωματιστές Βελόνες • Lancettes colorées • Gekleurde lancetten

Simple, Smooth Testing • Einfach sanfte Blutgewinnung • Εύκολη, ανώδυνη διαδικασία • Test facile • Eenvoudig en Vlot testen

100

EN Silicone-Coated Lancets
DE Silikonbeschichtete Lanzetten
EL Βελόνες επικαλλυμμένες με σιλικόνη
FR Lancettes siliconées
NL Lancetten met siliconencoating

Use with the Microlet® family of lancing devices. • Mit Stechhilfen der Microlet® Familie verwenden. • Για χρήση με τη σειρά συσκευών τρυπήματος Microlet®. • À utiliser avec les autopiqueurs de la gamme Microlet®. • Te gebruiken met de prikapparaten uit de Microlet®-familie.

UKRP (UK Responsible Person):
Ascensia Diabetes Care UK Ltd
Oxford House
12-20 Oxford Street
Newbury, Berkshire
RG14 1JB, UK
Ascensia Diabetes Support:
0345 600 6030 – UK
1 800 920 111 – IE

Import und Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care
Deutschland GmbH
51555 Leverkusen
Deutschland
Ascensia Diabetes Service
Telefon: 0800 7261880 (kostenfrei)
E-Mail: info@ascensia.de

Εισαγωγή και διανομή από:
Ascensia Diabetes Care Ελλάς
Μονοπρόσωπη ΑΕ
Λεωφ. Μεσογείων 2-4,
Πύργος Αθηνών
115 27 • Αθήνα
Αττική, Ελλάδα
+30 214 1000 900 (Κεντρικό)
diabetescare.gr@ascensia.com

Import und Vertrieb durch:
Importé et distribué par :
Geïmporteerd en gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
De Kleetlaan 5BC
BE-1831 Diegem (Machelen)
Belgien / Belgique / België
Tél: 0800 97 212 (BE)
Tél: 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadiabetescare.be

Geïmporteerd en gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
Tel: 0800 235 22 937
info@diabetes.ascensia.nl

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

EU REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

MD

0°C–40°C

ASCENSIA Diabetes Care

UK CA 0086 CE 2797

95000135 6547R Rev. 02/26

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care"-Logo und Microlet sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care και το Microlet είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo en Microlet zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of its use, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority. • Wenn es während oder infolge des Gebrauchs dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde. • Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης της εν λόγω συσκευής ή ως συνέπειαι της χρήσης της, θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην εθνική σας αρχή. • Si un incident grave survient lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal et aux autorités de votre pays. • Als zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik, meld een dergelijk incident dan bij de fabrikant en/of een gemachtigde vertegenwoordiger hiervan en de nationale autoriteit.

Art.-Nr. 82224638

PZN-06691181

5 016003 654701

21 PAP